



Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

IČO: 708 44 844

DOTAZY UCHAZEČŮ č. 2

k výzvě

ve veřejné zakázce malého rozsahu k podání nabídky s názvem
„Válcové kalibry“

DOTAZ UCHAZEČE:

Jen chci znovu upozornit, že uvedenou toleranci -0,001mm je z technologického hlediska nemožné dodržet.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Úřad je schopen tolerovat max. +/-0,0015mm.

V Praze dne 1. 7. 2016

Ing. Milan Kukla
předseda úřadu