

## ZMĚNA V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Válcové kalibry

Dle článku 12. Další podmínky (Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu) Válcové kalibry

A TO:

„Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.“

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

#### 4. Popis (specifikace) předmětu zakázky

Válcové kalibry k měření vývrtů hlavní v polích při kusovém ověřování zbraní.

Počet: 3 sady (1 sada obsahuje válcové kalibry od 4,00 do 9,99 mm dle požadavku CIP)

Rozměr: 1 ks válcového kalibru: délka válcové části 43 mm dle požadavku CIP, průměr v rozmezí 4,00 – 9,99 mm (1800 ks – á 3 sady)

Označení: každý válcový kalibr označen stanoveným rozměrem

Specifikace: z jedné strany vnitřní závit pro našroubování vodící tyče viz. orientační (navrhovaná) podoba v příloze obrázek č. 1

Dokumentace: součástí dodaných válcových kalibrů je výkresová dokumentace pro potřeby kalibrace

Kalibrace: ANO

Minimální požadovaná délka vnitřního závitu: Rozměr závitu: kalibry od 4,00-7,24  $\varnothing$  M 2,5

kalibry od 7,25-9,99  $\varnothing$  M 3,0

délka vnitřního závitu: 7,0 mm

Délka válcové části kalibru - 43,0 mm

Celková délka kalibru - 50,0 mm

**Požadavek na přesnost válcové (měřicí) části každého kalibru: -0,001 mm**

#### 11. Termín podání nabídek

Předpokládané zahájení: 23. 06. 2016 v 12:00 hod.

Předpokládané ukončení: 07. 07. 2016 v 08:00 hod. (tj. mezní termín pro podání nabídky).

#### 13. Způsob a místo pro podávání nabídky

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne 07. 07. 2016 v 09:00 hodin. Uchazeči, kteří podají nabídky, se mohou zúčastnit.

#### **Dotaz č. 2 ze dne 1. 7. 2016**

Úřad je schopen tolerovat max. +/- 0,0015 mm

### NOVÉ A PLATNÉ ZNĚNÍ

#### 4. Popis (specifikace) předmětu zakázky

Válcové kalibry k měření vývrtů hlavní v polích při kusovém ověřování zbraní.

Počet: 3 sady (1 sada obsahuje válcové kalibry od 4,00 do 9,99 mm dle požadavku CIP)

Rozměr: 1 ks válcového kalibru: délka válcové části 43 mm dle požadavku CIP, průměr v rozmezí 4,00 – 9,99 mm (1800 ks – á 3 sady)

Označení: každý válcový kalibr označen stanoveným rozměrem

Specifikace: z jedné strany vnitřní závit pro našroubování vodící tyče viz. orientační (navrhovaná) podoba v příloze obrázek č. 1  
Dokumentace: součástí dodaných válcových kalibrů je výkresová dokumentace pro potřeby kalibrace  
Kalibrace: ANO

Požadavek na přesnost válcové (měřicí) části každého kalibru: -0,001 mm  
Minimální požadovaná délka vnitřního závitu: Rozměr závitu: kalibry od 4,00-7,24  $\varnothing$  M 2,5  
kalibry od 7,25-9,99  $\varnothing$  M 3,0  
délka vnitřního závitu: 7,0 mm

Délka válcové části kalibru - 43,0 mm  
Celková délka kalibru - 50,0 mm

**Požadavek na přesnost válcové (měřicí) části každého kalibru: -0,001 mm maximálně -0,0015mm.**

11. Termín podání nabídek

Předpokládané zahájení: 23. 06. 2016 v 12:00 hod.

Předpokládané ukončení: 27. 07. 2016 v 09:00 hod. (tj. mezní termín pro podání nabídky).

13. Způsob a místo pro podávání nabídky

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne 27. 07. 2016 v 09:00 hodin. Uchazeči, kteří podají nabídky, se mohou zúčastnit.

**Dotaz č. 2 ze dne 1. 7. 2016**

Zde došlo k překlepu. ČUZZS je schopen akceptovat toleranci max. - 0,0015 mm

V Praze dne 4. 7. 2016



.....  
Ing. Milan Kukla  
předseda úřadu